

土壤酸性蛋白酶测试盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
SMHA8-M48	土壤酸性蛋白酶(S-ACPr)试剂盒	48T	微量法
SMHA8-M96		96T	

一、测定意义

土壤蛋白酶是土壤中的一种重要的酶类，它能水解各种蛋白质以及肽类等化合物为氨基酸，是高等植物的氮源之一。土壤蛋白酶由于微生物活动、植物根系分泌和动植物残体的分解而富集起来，成为土壤中的一种重要胞外酶，具有离体活性，能够参与土壤的氮素循环，是促进土壤氮循环的重要成分。

二、测定原理

以酪蛋白为底物，在酸性条件下，土壤酸性蛋白酶可催化底物水解生成酪氨酸，酪氨酸还原磷钼酸化合物生成钨蓝，在 680nm 有特征吸收峰，根据颜色深浅可测定土壤中酸性蛋白酶活性。

三、试剂组成

试剂名称	试剂装量 (48T)	试剂装量 (96T)	保存条件
试剂一	20mL×1 瓶	35mL×1 瓶	4℃ 保存
试剂二	粉剂×1 瓶	粉剂×2 瓶	4℃ 保存
试剂二应用液的配制：每瓶粉剂加入 10mL 试剂一，沸水浴搅拌溶解后待用			
试剂三	12mL×1 瓶	25mL×1 瓶	4℃ 保存
试剂四	30mL×1 瓶	50mL×1 瓶	4℃ 保存
试剂五	6mL×1 瓶	10mL×1 瓶	4℃ 保存
标准品(10μmol/mL)	1.5mL×1 支	1.5mL×1 支	4℃ 保存

四、操作步骤

样本前处理

新鲜土样自然风干或者 37℃ 烘箱风干，过 30-50 目筛。

操作步骤

1、培养反应

	测定管	对照管	基质管
土样 (g)	0.05	0.05	-
试剂一 (μL)	50	50	50
蒸馏水 (μL)	-	100	-
试剂二 (μL)	100	-	100

混匀，37℃孵育 24h			
试剂三 (μL)	100	100	100

混匀，10000 转/min 常温离心 10min，取上清液备用。

2、显色反应

	测定管	对照管	基质管	标准管
稀释后的上清液 (μL)	40	40	40	-
不同浓度的标准品 (μL)	-	-	-	40
试剂四 (μL)	200	200	200	200
试剂五 (μL)	40	40	40	40

混匀，40℃水浴 20min，10000rpm 室温离心 10min，取上清液于
波长 680nm，酶标仪测定各管吸光度值。

注：每个待测样本需设定一个测定管和一个对照管，基质管只需要做一管；

五、单位定义与计算

单位定义：每天每克风干土壤中生成 1μmol 的酪氨酸为一个酶活力单位

计算公式：根据标准曲线，将吸光度值带入标曲计算出上清液中浓度 Y (μmol/mL)

$$S\text{-酸性蛋白酶(U/g 土样)} = (Y_{\text{测定管}} - Y_{\text{对照管}} - Y_{\text{基质管}}) \times V_{\text{反应}} \div W \div T$$

T：反应时间，1d；

V_{反应}：反应体系总体积，0.25mL；

W：样本质量，0.05g。

六、注意事项

- 1、比色时，溶液呈现蓝色，在 1h 内保持稳定
- 2、不同土壤样本的酸性蛋白酶差异较大，先做预实验确认样本稀释倍数。通常情况下测定管需要 1-5 倍稀释，对照管和基质管不稀释。

七、公司介绍

陌凡生物科技有限公司是一家专业从事转基因检测、食品安全以及动植物疫病检测为核心业务的生物科技公司。能够为客户提供动植物疫病检测试剂、小分子抗原抗体、植物激素、植物抗体、重组蛋白等优质产品。自主研发了涵盖分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物医学等领域的各种试剂盒。产品覆盖面广，品质可靠。

附录 I：酸性蛋白酶标准曲线的制备

1、前处理

将 10 $\mu\text{mol/mL}$ 的标准品用蒸馏水稀释成 0、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0 $\mu\text{mol/mL}$ 标准液进行标准曲线的制备。

2、操作表

标准品浓度 ($\mu\text{mol/mL}$)	0	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0
标准品 (μL)	40	40	40	40	40	40	40
试剂四 (μL)	200	200	200	200	200	200	200
试剂五 (μL)	40	40	40	40	40	40	40

混匀，40 $^{\circ}\text{C}$ 水浴 20min，10000rpm 室温离心 10min，取上清液于波长 680nm，酶标仪测定各管吸光度值。

3、测定结果

标准品浓度 ($\mu\text{mol/mL}$)	吸光度值	绝对吸光度值
0.00	0.0137	0.0000
0.02	0.0323	0.0186
0.05	0.0572	0.0435
0.10	0.1006	0.0869
0.20	0.1829	0.1692
0.50	0.4241	0.4104
1.00	0.8162	0.8025

